



HOJAS DE CONTROL

SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Ginebra, 27 de enero de 2005

UIT – SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES

Asunto: **Corrigendum 1 (01/2005) a la**
Recomendación UIT-T P.57 (07/2002), *Oídos artificiales*

En 5.3.3, reemplazar el siguiente texto:

"El simulador de oreja deberá estar hecho con un elastómero de alta calidad, cuya dureza shore-A, medida en la superficie 15 mm por delante de la abertura del canal auditivo, debe ser $55 \pm 10^\circ$ Shore-00 (referencia ASTM D2240 / DIN53505)."

por :

"El simulador de oreja deberá estar hecho con un elastómero de alta calidad, cuya dureza, medida en la superficie 15 mm por delante de la abertura del canal auditivo, debe ser 55 ± 10 Shore 00 (referencia ASTM D2240 / DIN53505)."